

2010年基础护理：静脉穿刺固定方法护士资格考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/1/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_1389.htm 静脉穿刺（VP）时的固定方法是整个输液过程中的一个重要环节，固定不当可引起针头滚动、滑脱、针尖刺痛等，其失败的主要原因为粘贴胶布的手法不当、胶布排列不规则及胶布的长、宽度不合理。根据力学、美学原理采用一侧滚动法较为规范，即先粘贴一侧皮肤，拉紧胶布至对侧皮肤，这样可使胶布处于紧张状态，保证不松动，其胶布的长宽分别为7.0cm～9.0cm、0.8cm～1.0cm为宜，三条胶布均应平行排列与针尖垂直，间距0.8cm～1.2cm，对于消瘦病人效果更佳。妥善固定可防止针头刺穿静脉，还可阻止微生物被松动的针尖带进组织。更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com