

执业药师《药物分析》辅导：测定pH注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/17/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_17991.htm 药典附录指出了测定pH注意事项：1.测前，校仪器，定位，应选择与供试液pH值接近的标准缓冲液。2.另选 pH = 3标准缓冲液核对一次，误差不应超过 ± 0.02 。3.更换溶液前，充分洗涤电极，将水吸尽，或用所换溶液洗。4.测高pH，注意碱误差问题。5.弱缓冲液（水）pH测定。两次校正，两次测定。6.所用水新沸过的冷蒸馏水，pH5.5 ~ 7.0 7.标准缓冲液一般可保存2 ~ 3个月，浑浊，发霉，沉淀，不能继续使用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com