

2011年基础护理：气道护理_护士资格考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/2/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_9F_BA_c21_2310.htm

气道护理的时候注意：用品，方法以及注意点。【用品】消毒治疗盘内备有：1次性无菌导管数根；无菌镊数把；消毒生理盐水及2%碳酸氢钠；消毒纱布1罐；灭菌注射器及针头；吸引器、氧气、照明灯。【方法】来源：www.100test.com

- 1.气管插管后及气管切开术后应妥善固定，防止不慎滑出或插入过深。气管插管者应有深度标志。
- 2.医护人员必须严格执行无菌操作技术，特别注意操作前洗手，切忌口腔、气管导管混用以防感染。
- 3.熟练掌握气道冲洗吸引法。
 - (1)吸引前应加大患者吸氧浓度。
 - (2)冲洗液一般用生理盐水，痰液粘稠者用2%碳酸氢钠，忌用高渗或低渗溶液。将冲洗液注入气道5—10ml，禁带针头注入冲洗。
 - (3)用无菌镊将一次性无菌导管置入气道，连接负压吸引器，吸引顺序应从下呼吸道始逐渐向上，边旋转边逐渐后退，避免同一根导管再进入门乎气道吸引。一般吸引时间不超过1015s，每12h冲洗、吸引1次，以便气道湿化及痰液稀释。
 - (4)拔出吸引管后，继续加大给氧数分钟。
- 4.湿化器或雾化器常与呼吸机配合使用，雾化微粒为24微米，湿化温度为3235，24h湿化耗水量不少于250ml.
- 5.可应用肺内高频叩打器，将高频雾气喷入下呼吸道稀释痰液，同时可使萎缩肺复张。

【注意点】<http://ks.100test.com>

- 1.普通口腔气管插管一般不超过72h，使用经鼻气管插管低压或等压气囊可保留1周或更长时间。气管插管或气管套管之气囊充气以使气道密闭而不漏气为原则，其压力应不超过2.7kPa

(20mmHg)，气囊应每46h放气15min. 低压气囊气管插管可每二天放气15min. 2. 雾化液必须经灭菌消毒后使用，雾化器及连接管道均应在使用前、后进行消毒。 3. 使用呼吸机时各种管道使用前应消毒。每日更换消毒湿化罐、湿化水1次，隔日消毒管道一次。 4. 如在气道冲洗吸引期间，患者出现明显的缺氧、低血压、心律失常等，应暂时停止吸引并加大氧浓度吸入。 5. 消毒治疗盘及内备各种物品，每日更换消毒1次。 更多信息请访问：百考试题护士网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com