

PCEA用于外科术后病人镇痛 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/264/2021_2022_PCEA_E7_94_A8_E4_BA_8E_c67_264583.htm

病人自控止痛法（PCA）是病人自己通过计算机控制的微量泵向体内注射止痛药，按需调控，达到术后镇痛目的。经硬膜外留置导管，连接微量泵施行PCA镇痛（PCEA）。护理1术前护士与麻醉师一起向病人及家属说明PCEA目的及PCA泵的使用方法，征得病人和家属的同意，并指导病人正确使用PCA泵。2施行PCEA过程中护士加强巡视，严密监测生命体征，观察镇痛效果。2.1记录术后4、8、12、24、48 h观察指标。呼吸频率、血压。注入总药量。病人按键次数及有效次数。VAPS疼痛评分。

镇静评分。恶心评分：无恶心0分；休息时无恶心，运动时稍有恶心1分；休息时有间断恶心2分；休息时持续恶心感，运动时严重恶心感3分。呕吐评分：无呕吐0分；轻度呕吐（1~2/d）1分；中度呕吐（3~5/d）2分；重度呕吐（>6/d）3分。如病人呼吸频率<10/min，呼吸深大，疼痛评分>6分，镇静评分>2分，应通知麻醉师处理。2.2 PCA泵发生故障时会发出滴-滴警报声，并在显示屏上显示故障原因。识别PCA泵故障：WARNING：LOWBATTERY提示电池电量不足，应更换。WRRNING：EMPTY CASSETTE提示泵内麻醉药将用完，准备更换。CASSETTE EMPTY提示泵内麻醉药已用完，应更换。OCCLUSION提示连接管不通畅，应检查连接管有无扭曲、折叠、受压。如有阻塞可用少量0.9%氯化钠注射液缓慢冲洗。AIRIN LINE OR EMPTY提示连接管内有空气或药物已用完，应夹住硬膜外导管，

按PURGE键排管内空气或更换药物。 FAUIT × × 提示PCA泵失灵，应立即停止使用。 3 吗啡能提高膀胱括约肌张力致尿潴留。本组有32例出现尿潴留，占64%，均施行持续导尿术，尿管保留至术后第2 d拔除，拔管前试行夹管1 d，以锻炼膀胱肌自主收缩功能。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com