

国家核安全局关于同意继续使用钴源倒运容器的函 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/306/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_BD\\_E5\\_AE\\_B6\\_E6\\_A0\\_B8\\_E5\\_c80\\_306341.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E6_A0_B8_E5_c80_306341.htm) 国家核安全局关于同意继续使用钴源倒运容器的函(国核安函〔2007〕29号)山东新华医疗器械股份有限公司：你公司《关于办理放射性同位素包装容器运输许可证的申请》（新器股〔2007〕36号）收悉。经研究，我局认为，鉴于你公司设计、制造的FCo70-YQ医用Co-60源倒运容器已使用三十多年，未发生过放射性污染事故，此外，我局已于2005年批复该型容器按特殊安排方式的运输活动，因此，同意你公司以特殊安排的方式继续使用该型货包实施医用Co-60源的运输活动。在运输活动中，你必须严格遵守我局《关于同意使用钴源倒运容器运输的复函》（环函〔2005〕110号）规定的除第五、第八、第九条以外的各项要求，同时，还必须遵守下列要求：一、按特殊安排方式的装运活动仅限于2007年12月31日前，其序列号为CN/002/X-96（NNSA）（Rev.1）。二、在运输实施前7个工作日，将运输计划分别报送国家环保总局上海核与辐射安全监督站、装运和途中有货包重大操作的省级环保部门，并接受其监督检查。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)