

国家食品药品监督管理局关于BXY - 01型臭氧氧化水治疗仪产品分类界定的批复 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/323/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E9_A3_9F_E5_c80_323237.htm 国家食品药品监督管理局关于BXY - 01型臭氧氧化水治疗仪产品分类界定的批复

（国食药监械[2006]130号）北京市药品监督管理局：你局关于《BXY-01型臭氧氧化水治疗仪分类问题的请示》（京药监械[2006]8号）收悉。经研究，批复如下：鉴于我局已将“臭氧治疗仪”（国食药监械[2005]154号）作为医疗器械管理。

“臭氧氧化水治疗仪”如用于对细菌、真菌等致病菌引发的人体粘膜组织、皮肤、创口、烧伤处感染及炎症、溃疡、糜烂部位的无菌清洗、消毒，应作为II类医疗器械管理。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com