

国家食品药品监督管理局关于Cool - Beam冷光嫩肤仪产品分类界定的批复 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/323/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9B\\_BD\\_E5\\_AE\\_B6\\_E9\\_A3\\_9F\\_E5\\_c80\\_323238.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/323/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E9_A3_9F_E5_c80_323238.htm) 国家食品药品监督管理局关于Cool - Beam冷光嫩肤仪产品分类界定的批复(国食药监械[2006]129号)上海市食品药品监督管理局：你局《关于“Cool-Beam冷光嫩肤仪”等产品分类界定的请求》(食药监械注[2006]001号)收悉。经研究，批复如下：鉴于冷光嫩肤仪产品的预期用途具有除痤疮作用，符合《医疗器械监督管理条例》中有关医疗器械的定义，且我局已将痤疮治疗笔作为II类医疗器械管理，该产品应作为II类医疗器械管理。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)