

国家烟草专卖局：关于进口连续流动分析仪必须符合相关技术标准要求的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/328/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E7_83_9F_E8_c36_328542.htm 各省、自治区、直辖市及深圳市烟草专卖局（公司）技术监督主管部门，郑州烟草研究院：近年来，为加强对烟叶中烟碱、糖、氮、氯等含量的常规分析工作，部分质检站和卷烟厂、复烤厂购置了国外生产的连续流动分析仪。但在使用中发现，由于不同类型的连续流动分析仪所依据的检测方法不同，检测数据不同程度地存在差异，导致检测结果缺乏一致性、可比性，给相关工作的开展造成困难。为此，国家局已要求各仪器供应商在规定的时间内对已售出的连续流动分析仪按照有关技术标准的要求进行改装调试，同时对将要出售到烟草行业的连续流动分析仪要按有关技术标准进行配置（连续流动分析仪相关技术标准要求见附件）。今后，凡购置连续流动分析仪的烟草企业，必须确认该仪器能完全符合行业有关技术标准要求，否则检测结果不予认定。请各有关单位遵照执行，并严格把关。附件：连续流动分析仪相关技术标准要求 二00二年十月十四日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com