

西药综合技能医疗器械基本知识（2）执业药师考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/621/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_BB\\_BC\\_E5\\_c23\\_621489.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/621/2021_2022__E8_A5_BF_E8_8D_AF_E7_BB_BC_E5_c23_621489.htm) 考点2：

家庭常用医疗器械的基本知识 1.医用纱布的选购和使用注意事项 一般出厂的医用纱布成品有两种供应方式，一种是非无菌方式，另一种是无菌方式。无菌方式包装的医用纱布可以直接使用，而以非无菌方式包装的纱布必须经高温高压蒸汽或环氧乙烷等方法消毒后方可使用。购买医用纱布应注意：

（1）首先要看成品的包装标识和产品说明书：无论是无菌还是非无菌方式出厂，厂方的产品说明书或成品包装上都应写明。无菌方式包装的医用纱布，包装标志中必须写明：灭菌有效期、出厂日期或生产批号、包装破损禁用说明或标识、一次性使用说明或禁止再次使用标识，选购时核对产品有效期，发现包装破损不再选购或使用。（2）看产品的外观。

产品应柔软，无臭、无味，色泽纯白，不含有其他纤维和加工物质，在紫外灯光下不应显示强蓝色的荧光。 2.医用棉花选购和使用注意事项 一般出厂供应的成品有两种方式，一种是非无菌方式，另一种是无菌方式。无菌方式包装的医用脱脂棉可以直接使用，而以非无菌方式包装的脱脂棉必须经高温蒸汽或环氧乙烷等方法消毒后方可使用。购买医用棉花应注意：（1）首先要看成品的包装标识和产品说明书。无论是无菌还是非无菌方式出厂，厂方的产品说明书或成品包装上都应写明。无菌方式包装的医用纱布，包装标志中必须写明：灭菌有效期、出厂日期或生产批号、包装破损禁用说明或标识、一次性使用说明或禁止再次使用标识。选购时核对

产品有效期，发现包装破损不再选购或使用。（2）看产品的外观。产品应是柔软而富有弹性的白色纤维，无色斑、污点及异物、无臭、无味，在紫外灯光下不应显示强蓝色的荧光。

3.医用绷带选购和使用注意事项 医用绷带的用途主要是包扎或固定，药房一般以非灭菌医疗产品出售。购买医用绷带应注意：（1）使用时应与创口隔离。（2）选购时要看产品的外观。产品应洁白、无黄斑、无污染、无严重织疵或断丝。

4.医用橡皮膏的选购和使用注意事项 应洁净不渗膏，膏布卷齐平整。

5.创可贴的选购和使用注意事项 创可贴具有止血、护创等功能，可用于小创伤、擦伤等患处。选购和使用注意事项：（1）看包装标识和产品说明书。包装上应有“无菌”字样或图形符号、一次性使用说明或图形符号、包装破损禁用说明或标识。（2）启封后切忌用手接触中间复合垫。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)