

2009年西药师辅导：药品检测方法的要求(4)执业药师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_A5_BF_c23_644768.htm id="yao" class="ming"> 范围 1.范围

：指能达到一定精密度、准确度和线性的条件下，测试方法适用的高低浓度或量的区间。 2.相关规定：含量测定的范围应为测试浓度的80% ~ 120%或更宽；制剂含量均匀度检查，范围应为测试浓度的70% ~ 130%，溶出度或释放度中的溶出量，范围应为限度的 $\pm 20\%$ ；杂质测定时，范围应根据初步实测结果，拟订出规定限度 $\pm 20\%$ 。耐用性百考试题 - 全国最大教育类网站([www . Examda。 com](http://www.Examda.com))耐用性系指在测定条件稍有变动时，测定结果不受影响的承受程度，为常规检验提供依据。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 2009年西药师辅导：药品检测方法的要求(2) 2009年西药师辅导：药品检测方法的要求(3) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com