

一级建造师考试机电工程法规重要考点_一级建造师考试_

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_646219.htm

1H431000 机电工程

相关法规 1H431010 中华人民共和国计量法 1H431011 掌握计

量器具的使用管理规定 07单（对计量器具使用管理的规定）

1H431012 掌握计量检定的要求 07单（09单，同一知识点，强

制检定的特性）【考点一】依法使用管理计量器具在中华人

民共和国境内，建立计量基准器具、建立计量标准器具

，进行计量检定，制造、修理、销售、使用计量器具，

必须遵守《计量法》。【考点二】三种依法管理的计量器具

计量基准器具用以复现和保存计量单位量值，经国务院计量

行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具 计量标

准器具 准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工

作计量器具的计量器具 工作计量器具 企业、事业单位进行计

量工作时应用的计量器具【考点三】企业、事业单位使用计

量标准器具（简称计量标准）必须具备的条件（可出案例题

）（1）经计量检定合格；（2）具有正常工作所需要的环境

条件；（3）保存、维护、使用人员必须称职；（4）具有完

善的管理制度等。【考点四】对计量器具使用管理的规定 进

口的计量器具，必须经省级以上人民政府计量行政部门检定

合格后销售使用。 计量检测设备应有明显的“合格”、“禁

用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态。所谓封存

：是根据使用频率及生产经营情况，暂停使用的。使用计量

器具前，应检查其是否完好，若不在检定周期内、检定标识

不清或封存的，视为不合格的计量检测设备，不得使用。每

次使用前，应对计量检测设备进行校准对零检查后，方可开始计量测试。封存的计量器具重新启用时，必须经检定合格后，方可使用。【考点五】强制检定的特性（1）强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行。（2）强制检定由政府计量行政主管部门指定所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构具体执行。（计量行政主管部门强制实行；计量检定机构执行）（3）强制检定的检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定。（4）强制检定的计量器具范围有：社会公用计量标准器具；部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。（5）强制检定是固定检定关系，定点送检，实行定点定期的检定，使用单位没有选择的余地。（6）施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。特别注意：强制检定与非强制检定均属于法制检定。不按规定进行周期检定的，都要负法律责任。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com