

2011年药物分析辅导：亚硝酸钠的检验 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647807.htm 亚硝酸钠的检验包括：测定方法，方法依据，测定范围，测定原理，试剂，仪器，分析步骤。 一、测定方法 重氮化偶合分光光度法质量标准 二、方法依据 《生活饮用水卫生规范》（2001） 三、测定范围 1.本法用重氮化偶合分光光度法测定生活饮用水及其水源水中的亚硝酸盐氮。 2.本法适用于测定生活饮用水及其水源水中亚硝酸盐氮的含量。 3.水中三氯胺产生红色干扰。铁，铅等离子可能产生沉淀，引起干扰。铜离子起催化作用，可分解重氮盐使结果偏低，有色离子干扰，也不应存在。 4.本法最低检测质量为0.05 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com