

2011年诊断基础：外耳道与鼓膜检查 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_8A_c22_654312.htm 外耳道与鼓膜检查包括了双手检查法和单手检查法！ 为了提供较好的光源，专科检查鼻和耳的腔道时，须用专用光源和额镜。光源应是专门的100W附聚光透镜的检查灯。额镜的镜面是一个能聚光的凹面反光镜，焦距约25cm，中央有一小孔。镜体借一转动灵活的双球关节连接于额镜的额带上。光源置于额镜同侧，较受检者耳部约高，二者相距约1020cm。戴额镜前，先调节双球状关节的松紧，使镜面既灵活转动而又可置于任何位置上均不松滑下坠。然后调节额带圈使之适合检查者头围的大小。额镜戴于头部后，将双球状关节拉直，镜面与额面平行，镜孔正对检查者平视时的左眼或右眼，远近适当。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com